

淮北市中医医院医疗设备采购询价公告

淮北市中医医院就医疗设备的采购项目公开询价采购，欢迎有服务能力的供应商前来询价。

一、该项目设备概况：

- 1、设备名称：移动 DR（国产）
- 2、数量：壹台
- 3、功能需求：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等数字 X 线摄影系统

二、供应商资格要求：

- 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- 2、特定条件：供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、参加询价的供应商需提交下列资料：

- 1、营业执照；
- 2、设备型号，报价单；

四、询价须知：

- 1、本公告公示期为自公告发布之日起七个工作日；
- 2、所有询价资料 1 份，需加盖询价单位公章；
- 3、询价地址：淮北市中医医院（淮北市相山区人民路 186 号）招标办，外地供应商可通过邮寄方式，邮寄地址：淮北市中医医院（淮北市相山区人民路 186 号）招标办收，邮政编码：235000；
- 4、询价结果不再公示；

联系电话： 招标办 朱先生 0561-3199630
ICU 室 聂主任 0561-3198046

设备主要构成：

高频高压逆变发生器及曝光控制系统

- 1.1、最大输出功率： $\geq 30\text{kW}$ ；
- 1.2、输出电压： $40\sim 150\text{kV}$ ；
- 1.3、最大管电流： $\geq 300\text{mA}$ ；
- 1.4、最短精确曝光时间： $\leq 1\text{ms}$ ；
- 2、X 线球管
 - 2.1、双焦点旋转阳极；
 - 2.2、双焦点：小焦点 ≤ 0.6 ，大焦点 $\geq 1.2\text{mm}$ ；
 - 2.3、阳极热容量 $\geq 100\text{KHU}$ ；
- 3、平板探测器
 - 3.1、探测器成像介质：非晶硅介质；
 - 3.2、探测器有效成像尺寸： $\geq 14'' \times 17''$ ；
 - 3.3、探测器检测像素矩阵： 2400×2800 ；
 - 3.4、探测器检测单元尺寸： $\leq 150 \mu\text{m}$ ；
 - 3.5、动态范围： $\geq 14\text{bit}$ ；
 - 3.6、最大承受重量： $\geq 100\text{kg}$ ；
- 4、移动 DR 车
 - 4.1、最大焦点高度： $\geq 190\text{cm}$ ；

- 4.2、移动 DR 运动方式：电动推行；
- 4.3、机身宽度：≤65cm；
- 4.4、整机重量：≤300kg；
- 5、线束器
 - 5.1、旋转角度：≥±120° ；
 - 5.2、非外接供电线设计：是；
- 6、图像采集/处理工作站
 - 6.1、基于 WINDOWS 操作系统的专业图像工作站；
 - 6.2、显示器尺寸：≥14 英寸触摸屏显示器；
 - 6.3、内存容量≥2G；
 - 6.4、硬盘容量≥500G；
- 7、工作站图像处理软件功能
 - 7.1、图像采集工作站软件操作界面均为中文界面；